



Ecopura

AGUA GRADO HPLC

Para uso en análisis de cromatografía y espectrometría.

Fecha de producción: 01-08-2021

Fecha de análisis: 01-08-2021

Certificado de análisis

Prueba	Especificación
Conductividad eléctrica	<0.05 μ S/cm
Potencial de Hidrógeno (solo informativo)	No aplica
Nitrógeno Orgánico (Amonio)	<0.01 mg/l
Carbono Orgánico Total	<0.05 mg/l
Sodio	<0.001 mg/l
Fosfatos	<0.01 mg/l
Cloruros	<0.001 mg/l
Absorbancia UV por degradación de dilución – pico mayor a 254 nm	<0.001
Absorbancia UV por degradación de dilución – pico mayor a 205 nm (solo informativo)	No aplica
Trazas de impurezas por fluorescencia medida como quinina base – emisión 450 nm	<0.1 ppb
Trazas de impurezas por fluorescencia medida como quinina base – emisión máxima	<0.2 ppb
Prueba de filtración	Pasa prueba

Filtrado por membrana 0.2 micras
Apariencia: líquido claro, incoloro e inoloro
Producido en México

Para preguntas sobre este certificado de análisis llamar a las oficinas centrales +52 (442) 2157569 o por correo electrónico calidad@ecopura.com.mx

I.Q en A Carlos Eduardo Zavala Gómez
Control de calidad.
Cédula Profesional 7760388